

	<b>PEMERIKSAAN RAPID TES COVID-19 PADA PENGHUNI KARANTINA GOR SATRIA</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen: /SOP-GT/ V/2020	
		No. Revisi: 00	
		Tanggal Terbit: 20 Mei 2020	
	Halaman : 1/3		
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19			Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si NIP. 19640116 199003 1 009
1. Pengertian	Kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi status paparan Covid-19 melalui pemeriksaan cepat/ rapid test Covid-19 terhadap penghuni Rumah Karantina Gelanggang Olah Raga (RK GOR) Satria		
2. Tujuan	Seluruh penghuni RK GOR Satria diperiksa secara rapid test sesuai pedoman pemeriksaan dengan benar dan diperoleh hasil pemeriksaan dari seluruh penghuni RK GOR Satria yang diperiksa		
3. Kebijakan	Amanat Bupati Banyumas dalam Rapat Koordinasi Covid-19 Tanggal 25 Maret 2020		
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease (Covid-19) 23 Maret 2020</li> <li>- Pemeriksaan Rapid Test SARS-CoV-2 (Covid-19) 26 Maret 2020</li> <li>- Pedoman Penegahan dan Pengendalian Covid-19; 27-3-2020</li> </ul>		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas berjumlah minimal 4 orang. Meja pertama untuk skrining, meja 2-4 untuk pemeriksaan</li> <li>2. Petugas menyiapkan : meja dan kursi pemeriksaan, alat tulis, formulir skrining, formulir pencatatan rapid tes (telah terisi nama, alamat dan nomor handphone penghuni karantina yang akan diperiksa), Alat Pelindung Diri (APD) level 2 (<i>gown</i> sekali pakai, sarung tangan latex, masker medis dan <i>face shield</i>), <i>rapid test kit</i>, <i>blood lancet</i>, <i>lancing device</i>, kapas alkohol, pipet mikro dan <i>thermogun</i>.</li> <li>3. Petugas memakai APD level 2 sesuai prosedur .</li> <li>4. Petugas meja pertama melakukan pemanggilan dan skrining</li> </ol>		

	<p>penghuni RK GOR Satria menggunakan formulir skrining deteksi dini Covid-19 Banyumas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Petugas meja pertama melakukan pengisian serta penjelasan lembar <i>informed consent</i></li> <li>6. Petugas meja pertama mengarahkan penghuni RK GOR Satria yang telah diskriming dan mengisi lembar <i>informed consent</i> ke meja Petugas pemeriksa (meja 2-4)</li> <li>7. Petugas pemeriksa memberikan penomoran pada rapid test kit sesuai urutan dalam formulir pencatatan rapid tes</li> <li>8. Petugas pemeriksa melakukan disinfeksi jari tengah pasien, kemudian menusuk ujung jari tengah pasien menggunakan <i>blood lancet</i>.</li> <li>9. Petugas pemeriksa mengambil spesimen darah menggunakan mikro pipet sejumlah 10 mikro liter, kemudian meneteskan darah pada lubang <i>rapid test kit</i>.</li> <li>10. Petugas pemeriksa meneteskan <i>buffer</i> sejumlah 2-3 tetes pada lubang <i>rapid test kit</i>.</li> <li>11. Petugas pemeriksa menunggu 15 menit, kemudian melakukan pencatatan hasil pemeriksaan.</li> <li>12. Petugas pemeriksa selalu memastikan kondisi APD level 2 steril dan terbebas dari cairan biologis (darah, lendir/ <i>mukosa</i>, dll) sesuai prosedur.</li> <li>13. Petugas pemeriksa selalu mengganti APD level 2 apabila terkontaminasi cairan biologis (darah, lendir/ <i>mukosa</i>, dll) dengan melepas Alat Pelindung Diri sesuai prosedur dan memasukkan dalam tempat sampah medis tertutup.</li> <li>14. Petugas pemeriksa setelah selesai kegiatan pemeriksaan cepat/ <i>rapid test</i> Covid-19 terhadap penghuni RK GOR Satria melepas Alat Pelindung Diri sesuai prosedur dan memasukkan dalam tempat sampah medis tertutup</li> <li>15. Petugas pemeriksa melakukan pelaporan pemeriksaan hasil skrining dan pemeriksaan kepada penanggungjawab pemeriksaan cepat/ <i>rapid test</i> Covid-19 penghuni RK GOR Satria.</li> </ol>								
6. Diagram alir	--								
7. Unit	Dinas Kesehatan								
8.Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="505 2021 607 2120">No</th> <th data-bbox="607 2021 854 2120">Yang diubah</th> <th data-bbox="854 2021 1162 2120">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1162 2021 1395 2120">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="505 2120 607 2170">-</td> <td data-bbox="607 2120 854 2170">-</td> <td data-bbox="854 2120 1162 2170">-</td> <td data-bbox="1162 2120 1395 2170">-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	-	-	-	-
No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan						
-	-	-	-						