

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN RADIOLOGI TANPA KONTRAS DI RUANG PERINATOLOGI		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 31/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pemeriksaan radiologi tanpa kontras yang dilakukan di instalasi perinatologi dengan pertimbangan keadaan pasien yang tidak memungkinkan dilakukan mobilisasi untuk pasien keluar dari instalasi perinatologi		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan radiologi di instalasi perinatologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan radiologi untuk pasien perinatologi selama jam dinas pagi instalasi radiologi. 2. Radiografer datang ke perinatologi untuk melakukan pemeriksaan radiologi setelah ada permintaan pemeriksaan radiologi dari perinatologi. 3. Pemeriksaan radiologi menggunakan pesawat mobile unit yang dibawa oleh dua orang dari instalasi radiologi menuju ke perinatologi. 4. Berikan informasi kepada pasien atau keluarga tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. 5. Lakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter pengirim dan harus sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) Instalasi Radiologi. 6. Selama melakukan pemeriksaan radiologi, radiografer harus menggunakan prinsip proteksi radiasi untuk menjaga keamanan radiasi bagi petugas, pasien lain, pengunjung dan perawat perinatologi. 7. Amankan lokasi sumber radiasi dari petugas perinatologi, keluarga atau pengunjung, dan mengambil posisi terjauh dengan pasien lain. Apabila memungkinkan foto rontgen dilakukan di ruangan khusus (VIP atau isolasi) di perinatologi. 8. Letakan tabir radiasi (Pb) pada sisi yang paling berdekatan dengan pasien lain. 9. Gunakan APD radiasi (Apron, kaca mata gogle timbal, thyroid dan gonad sheild, dan sarung tangan timbal) pada petugas radiologi yang memeriksa dan keluarga pasien yang ikut memegang pasien yang nonkooperatif. 10. Singkirkan sementara benda-benda yang radio opak (elektroda dan kabel bed monitor dan benda lain) pada sekitar obyek. 		

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN RADIOLOGI TANPA KONTRAS DI RUANG PERINATOLOGI		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 31/ SPO/ RAD/ 2020	2	2/2
PROSEDUR	11. Posisikan pasien dan obyek lalu atur faktor eksposi pada pesawat mobile. 12. Beri tanda aba-aba sesaat sebelum eksposi sinar x, pastikan lokasi sudah aman dari petugas icu, keluarga dan pengunjung. 13. Kaset dibawa ke radiologi untuk di proses di unit CR. 14. Radiograf di ekspertise oleh dokter radiologi. 15. Kembalikan pesawat mobile dan perlengkapan lainnya pada instalasi radiologi. 16. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak ada pengulangan (reject) foto rontgen. 17. Hasil foto rontgent di serahkan ke ruang perinatologi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi radiologi 2. Instalasi Rawat Inap		