



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jln. RumahSakit No. 01. Telp. (0281) 796182, 796031, 796511
Faks (0281) 796182 E-mail rsudbanyumas@banyumaskab.go.id
BANYUMAS

Banyumas, 21 September 2022

No : 445/ 1820 /IX/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth. :
Calon Penyedia/ Mitra Kerja Sama
di

TEMPAT

Dalam rangka pengembangan pelayanan darah di Instalasi Laboratorium RSUD Banyumas, bersama ini kami sampaikan bahwa kami akan mengadakan seleksi calon penyedia/ mitra kerjasama operasional alat uji saring IMLTD dan *crossmatch* otomatis.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kami memberi kesempatan kepada perusahaan yang Saudara pimpin untuk mengajukan penawaran dan mengikuti proses seleksi. Adapun tata cara pengajuan penawaran dan proses seleksi terlampir.

Demikian informasi, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur RSUD Banyumas

dr. **DANI ESTI NOVIA**
Pembina Utama Muda
NIP. 19701113 200212 2 006

TATA CARA PROSES SELEKSI KERJASAMA OPERASIONAL ALAT UJI SARING IMLTD DAN *CROSSMATCH* OTOMATIS

Tata Cara:

Surat penawaran dari calon penyedia ditandatangani oleh direktur atau pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta notaris. Penawaran ditujukan kepada Direktur RSUD Banyumas dan diterima oleh Tim Seleksi paling lambat tanggal 26 September 2022 pukul 14.00. Penawaran diserahkan melalui Kepala Sub Bagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama (Ns. Wahyu Ikka Setyarini, M.Kep., Sp.Mat) di Ruang Diklat Gedung Yankeswa Lt. 2 pada hari Senin – Kamis (08.00 – 14.00) dan Jum'at – Sabtu (08.00 – 11.00).

Syarat administrasi:

- 1 Penawaran *cost per test/ cost per reagen*.
- 2 Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
- 3 Surat Pengesahan Perusahaan.
- 4 Surat Keterangan Domisili (status kepemilikan).
- 5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yg masih berlaku.
- 6 Surat Penunjukan Distributor.
- 7 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan.
- 8 Ijin PAK untuk diagnostic in vitro.
- 9 Ijin edar BHP/ consumables/ reagen yang digunakan.
- 10 Sertifikasi *Quality Control*/Program Penjaminan Mutu Internal.
- 11 Letter of Agent /LOA.
- 12 Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
- 13 Laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir.
- 14 Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 15 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 16 Bukti membayar pajak tahun terakhir (SPPT) 2021.
- 17 Daftar teknisi, kompetensi dan domisili (*stay office*) diisi sesuai blangko terlampir dan melampirkan STR dan SIP yang masih berlaku.
- 18 Memiliki tenaga penanggung jawab elektromedik yang kompeten dibuktikan dengan melampirkan STR dan SIP yang masih berlaku.
- 19 Daftar Populasi Alat.
- 20 Surat Pernyataan jaminan maintenance, kelancaran penyediaan *reagen* dan *spare part*.

- 21 Surat pernyataan kesanggupan melakukan kerjasama operasional dengan sistem pembayaran *cost per test* untuk penawaran *cost per test* atau surat pernyataan kesanggupan ketersediaan reagen untuk penawaran *cost per reagen*.
- 22 Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan pembayaran dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk koneksi LIS.
- 23 Jaminan ketersediaan suku cadang dan antar servis teknis sampai dengan perjanjian kerjasama berakhir.
- 24 Surat pernyataan bahwa unit yg didatangkan adalah unit produksi terbaru bukan bekas dan bukan ketinggalan produksi dibuktikan dengan seri terbaru dari pabrikan.


Syarat teknis alat uji saring IMLTD:

1. Dapat terkoneksi dengan LIS (*laboratory information system*)/SIM RS
2. Metode pemeriksaan CLIA atau setara
3. Waktu pengerjaan cepat (< 1 jam)
4. Kapasitas running 100-200 sampel per jam
5. Hemat listrik dan air
6. Volume sampel sedikit 10-100ul
7. Terdapat slot prioritas (STAT) untuk pemeriksaan CITO
8. Data storage 1.000 - 100.000 sampel
9. Domisili teknisi terdekat (fast respon <24 jam) / *aftersales*

Syarat teknis alat *Crossmatch* Otomatis:

1. Dapat terkoneksi dengan LIS (*laboratory information system*)/SIM RS
2. Terdapat pemeriksaan selain *crossmatch*
3. Waktu pengerjaan cepat (< 1 jam)
4. Terdapat slot prioritas (STAT) untuk pemeriksaan CITO
5. Kapasitas running 40-100 sampel per hari
6. Domisili teknisi terdekat (fast respon < 24 jam) /*aftersales*
7. Terdapat *history* pemeriksaan

Direktur RSUD Banyumas



dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19701113 200212 2 006

[Kop Surat]

Daftar Teknisi

No.	Nama	Pendidikan Terkait	Kompetensi	Sertifikat Terkait	Stay Office
1.					

Pimpinan Perusahaan

tanda tangan dan cap perusahaan

(.....)